



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМОЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯ" (ООО "НМОП")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитаций юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

РА-RO 311359

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВЦЛ/13-07-2026/540746747

Действительно до 12.07.2027

Средство измерений

Измерители комбинированные; Testo 410-1, Testo 410-2, Testo 417-2; мод. Testo
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

410-1; Рег. № 52193-12

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

85547564/0225

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП РТ 1834-2012

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением

эталонов:

29782-10 Установки аэродинамические АУ-2 050 2023 Рабочий эталон приказа

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

Росстандарта №2815 от 25 ноября 2019 г. об утверждении Государственной поверочной схемы для средств

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

измерений скорости во; 19736-11 Измерители температуры многоканальные прецизионные МИТ8 237 2017 Эталон

3-го разряда приказу Росстандарта № 3456 от 30.12.2019 г., «ГПС для средств измерений электрического

сопротивления»; 11804-99 Термометры сопротивления платиновые эталонные ПТС-10М 2632 2015 Эталон 1-го

разряда Приказ Росстандарта от 19 ноября 2024 г. № 2712

при следующих

значениях влияющих

факторов:

температура: 23,1 °С; атм. давление: 102,7 кПа; отн. влажность: 54 %

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес

записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-540746747>

Номер записи сведений

о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:


540746747

Поверитель

Мавлиев И.И.

фамилия, инициалы

Знак поверки:



НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА
СИ ЖИДКОСТЕ

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

ОВЧИННИКОВ А.В.

фамилия, инициалы

Дата поверки

13.07.2026